



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS

Latvian National Accreditation Bureau

Pielikums akreditācijas apliecībai

Annex to Accreditation Certificate

Reģistrācijas Nr. LATAK-K-105-39-97

LATAK Registration No. LATAK- K-105-39-97

Akreditācijas lēmuma datums: 2022.06.20.

Date of the Accreditation Committee decision: 2022.06.20.

Akreditācijas periods: 2018.12.05.-2023.12.04.

Accreditation period: 2018.12.05.-2023.12.04.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17025:2017

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17025:2017

Akreditētā institūcija: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija

Accredited body: State Limited Liability Company "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" Laboratory

Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019

Laboratoriju atrašanās vietas: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA)

Legal address: Maskavas street 165, Riga, LV-1019

Laboratory location addresses: Maskavas street 165, Riga, LV-1019 (R); Miera street 31, Salaspils, Salaspils county, LV-2169 (SA)

Akreditācijas reglamentētā sfēra: gamma un rentgenstarojuma dozimetru, radiometru kalibrēšana, alfa, beta virsmas piesārņojuma monitoru, mērlīdzekļu un radiometru kalibrēšana, termometru kalibrēšana

Akreditācijas nereglamentētā sfēra: termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana, rentgenstarojuma mērlīdzekļu kalibrēšana

Mandatory scope: calibration of gamma, X-ray radiation dosimeters, radiometers, calibration of alpha, beta radiation radiometers, surface contamination monitors, measuring instruments, calibration of thermometers

Voluntary scope: calibration of thermometers, barometers, barographs, hygrometers, hygrographs, humidity sensors, anemometers, calibration of X-ray radiation measuring instruments

| Nr. | Mērielsums/ Mērišanas līdzeklis (Measured quantity/ measurement instrument) | Diapazons/ Range | Kalibrēšanas un mērišanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2/Calibration and measurement capability expressed as an expanded uncertainty at k = 2 | Nosacījumi/ Conditions | Piezīmes (metode)/ Notes (method) | Regl./Regl. |
|-----|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 693 "Noteikumi par mērišanas līdzekļu kalibrēšanu" (Cabinet Regulation of Ministers No. 693 of 25 th August 2008 "Regulations on calibration of measuring instruments") | 1 |
| 1 | Atmosfēras spiediens/ barometri, barogrāfi (Atmospheric pressure/ barometers, barographs) | 800 hPa - 1060 hPa | ± 0.15 hPa | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM Spiediena izmaiņas ātrums barokamerā ≤ 27 hPa/min. (Air temperature (22 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH Rate of change of pressure in altitude chamber ≤ 27 hPa/min) | K-105 - S:2018 "Barometru un barogrāfu kalibrēšana" (K-105 - S:2018 "Calibration of barometers and barographs") | |
| 3 | Gaisa relatīvais mitrums/ higrometri, higrogrāfi (Relative humidity of air / hygrometers, hygrographs) | 15 %RM – 97 %RM | 2.0 %RM - 2.8 %RM | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM Atmosfēras spiediens ($800 \div 1060$) hPa (Air temperature (22 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH Atmospheric pressure ($800 \div 1060$) hPa) | K-105 - H:2018 "Higrometru un higrogrāfu kalibrēšana" (K-105 - H:2018 "Calibration of hygrometers and hygrographs") | |
| 4 | Gaisa relatīvais mitrums/ digitālie higrometri, mitruma devēji (Relative humidity of air/ digital hygrometers, humidity sensors) | 11 %RM – 98 %RM | 1.2 %RM - 2.0 %RM | Gaisa temperatūra (25 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (25 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - HM:2018 "Mitruma devēju un higrometru kalibrēšana virs piesātinātiem sālu šķīdumiem" (K-105 - HM:2018 "Calibration of humidity sensors and hygrometers over saturated salt solutions") | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------------------------------|--|---|---|
| 5 | Temperatūra/ termometri (Temperature/ thermometers) | 0 °C - 40 °C | 0.15 °C - 0.28 °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (25 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TM:2022 "Gaisa temperatūras mērīšanas instrumentu kalibrēšana" (K-105 - TM:2022 "Calibration of air temperature measurement instruments") | |
| 6 | Temperatūra/ šķidrumā neiegremdējami termometri un temperatūras devēji (Temperature/ non-submersible thermometers and temperature sensors) | -20 °C - 90 °C | 0.05 °C - 0.27 °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TN:2021 "Neiegremdējamu termometru kalibrēšana šķidumu un ledusvižņu kušanas temperatūrās" (K-105 - TN:2021 "Calibration of submersible thermometers at solution and ice-sludge melting temperatures") | |
| 7 | Temperatūra/ šķidrumā iegremdējami termometri un temperatūras devēji (Temperature/ submersible thermometers and temperature sensors) | -20 °C - 90 °C | 0.05 °C - 0.23 °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TL:2021 "Šķidrumā iegremdējamu termometru kalibrēšana šķidumu un ledusvižņu kušanas temperatūrās" (K-105 - TL:2021 "Calibration of liquid immersion thermometers at solution and ice-sludge melting temperatures") | 1 |
| 8 | Gaisa plūsmas ātrums / spārniņu un kausiņu anemometri, digitālie anemometri (Air flow velocity / wane and cup anemometers, digital anemometers) | 0.5 m/s – 20 m/s | 0.26 m/s - 1.06 m/s | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - V:2022 "Anemometru kalibrēšana" (K-105 - V:2022 "Calibration of anemometers") | |
| 9 | Gaisa kermas jauda K_{air} (137Cs)/ Gamma starojuma dozimetri, radiometri (Air Kerma rate K_{air} (137Cs)/ Gamma radiation dosimeters, radiometers) | 0.044 µGy/h - 0.045 µGy/h - 0.492 µGy/h - 16.60 µGy/h - 21.28 µGy/h - 1572 µGy/h - 1283 µGy/h - 32698 µGy/h | 6.8% 2.9% 1.6% 1.5% | Gaisa temperatūra: (20 ± 2) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: ($860 \div 1060$) hPa (Ambient temperature (20 ± 2) °C Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure ($860 \div 1060$) hPa) | KM-SSDL.01:2021 "Gamma starojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (Individuālās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H_p(10)$, $H_p(0.07)$, $H_p(3)$ un apkārtējās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H^*(10)$, $H^*(0.07)$, $H^*(3)$ saskaņā ar ISO 4037) | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|--------------------|---|--|---|
| | Gaisa kemas jauda K_{air} (60Co)/ Gamma starojuma dozimetri, radiometri (Air Kerma rate K_{air} (60Co)/ Gamma radiation dosimeters, radiometers) | 4.26 $\mu\text{Gy/h}$ - 78.1 $\mu\text{Gy/h}$ | 2.0 % | | (KM-SSDL.01:2021 "Calibration of gamma radiation dosimeters and radiometers " (Individual dose rate and dose equivalent H_p (10), $H_p(0.07)$, $H_p(3)$ and ambient dose rate and dose equivalent of $H^*(10)$, $H^*(0.07)$, $H^*(3)$ according to ISO 4037)) | |
| 10 | Gaisa kemas jauda K_{air} (RQR2 – RQR10)/ Rentgenstarojuma dozimetri, radiometri, mērlīdzekļi (Air Kerma rate K_{air} (RQR2 – RQR10)/ X-ray dosimeters, radiometers, measuring instruments) | 3.1 $\mu\text{Gy/s}$ – 43 mGy/s | 2.3 % | Gaisa temperatūra: $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: $(860 \div 1060) \text{ hPa}$ (Ambient temperature $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure $(860 \div 1060) \text{ hPa}$) | KM-SSDL.02:2021 "Rentgenstarojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.02:2021 "Calibration of X-ray dosimeters and radiometers") | 1 |
| 11 | Gaisa kemas jauda K_{air} ("Narrow spectrum series" N40 - N200) / Rentgenstarojuma dozimetri, radiometri (Air Kerma rate K_{air} ("Narrow spectrum series" N40 - N200)/ X-ray dosimeters, radiometers) | 40 $\mu\text{Gy/h}$ – 260 mGy/h | 2.2 % | Gaisa temperatūra: $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: $(860 \div 1060) \text{ hPa}$ (Ambient temperature $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure $(860 \div 1060) \text{ hPa}$) | KM-SSDL.01:2021 "Gamma starojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (Individuālās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H_p(10)$, $H_p(0.07)$, $H_p(3)$ un apkārtējās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H^*(10)$, $H^*(0.07)$, $H^*(3)$ saskaņā ar ISO 4037) (KM-SSDL.01:2021 "Calibration of gamma radiation dosimeters and radiometers " (Individual dose rate and dose equivalent H_p (10), $H_p(0.07)$, $H_p(3)$ and ambient dose rate and dose equivalent of $H^*(10)$, $H^*(0.07)$, $H^*(3)$ according to ISO 4037)) | 1 |
| 12 | Augstspriegums (RQR3, RQR5, RQR9) / Rentgenstarojuma mērlīdzekļi (High voltage (RQR3, RQR5, RQR9) / X-ray radiation measuring instruments) | 50 kV – 120 kV | (2.5 \div 2.4) % | Gaisa temperatūra: $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: $(860 \div 1060) \text{ hPa}$ (Ambient temperature $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure $(860 \div 1060) \text{ hPa}$) | KM-SSDL.02:2021 "Rentgenstarojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.02:2021 "Calibration of X-ray dosimeters and radiometers") | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|----------------|---|--|---|
| 13 | Alfa daļīnu emisija 2π lenķī un virsmas piesārņotības aktivitātē (241Am) / Alfa starojuma radiometri, virsmas piesārņojuma monitori, mērlīdzekļi <i>(Alpha particles emission in 2π angle and activity of a surface contamination (241Am)/ alpha radiation radiometers, surface contamination monitors, measuring instruments)</i> | 472 s ⁻¹ – 1520 s ⁻¹ 994 Bq – 3190 Bq | 3.0 % 3.0% | Gaisa temperatūra: $(20 \pm 4) ^\circ\text{C}$ Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: $(860 \div 1060) \text{ hPa}$ <i>(Ambient temperature $(20 \pm 4) ^\circ\text{C}$ Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure $(860 \div 1060) \text{ hPa}$)</i> | KM-SSDL.03:2021 "Alfa un beta starojumu radiometru kalibrēšana" <i>(KM-SSDL.03:2021 "Calibration of alpha and beta radiation radiometers")</i> | 1 |
| 14 | Beta daļīnu emisija 2π lenķī un virsmas piesārņotības aktivitātē (14C, 137Cs, 90Sr, 36Cl, 60Co) / Beta starojuma radiometri. virsmas piesārņojuma monitori, mērlīdzekļi) <i>(Beta particles emission in 2π angle and activity of a surface contamination (14C, 137Cs, 90Sr, 36Cl, 60Co)/ beta radiation radiometers, surface contamination monitors, measuring instruments)</i> | 484 s ⁻¹ – 3980 s ⁻¹ 1070 Bq – 6180 Bq | 3.0 % 5.0 % | Gaisa temperatūra: $(20 \pm 4) ^\circ\text{C}$ Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: $(860 \div 1060) \text{ hPa}$ <i>(Ambient temperature $(20 \pm 4) ^\circ\text{C}$ Relative humidity up to 75%RH Atmospheric pressure $(860 \div 1060) \text{ hPa}$)</i> | KM-SSDL.03:2021 "Alfa un beta starojumu radiometru kalibrēšana" <i>(KM-SSDL.03:2021 "Calibration of alpha and beta radiation radiometers")</i> | 1 |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
 THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP