



LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
Latvian National Accreditation Bureau

Pielikums akreditācijas apliecībai

Annex to Accreditation Certificate

Reģistrācijas Nr. LATAK-K-105-37-97

LATAK Registration No. LATAK- K-105-37-97

Akreditācijas lēmuma datums: 2020.03.10.

Date of the Accreditation Committee decision: 2020.03.10.

Akreditācijas periods: 2018.12.05.-2023.12.04.

Accreditation period: 2018.12.05.-2023.12.04.

Akreditācijas standarts: LVs EN ISO/IEC 17025:2017

Accreditation standard: LVs EN ISO/IEC 17025:2017

Akreditātā institūcija:
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija

Accredited body:
State Limited Liability Company "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre" Laboratory

Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Laboratoriju atrašanās vietas: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA)

Legal address: Maskavas street 165, Riga, LV-1019
Laboratory location addresses: Maskavas street 165, Riga, LV-1019 (R); Miera street 31, Salaspils, Salaspils county, LV-2169 (SA)

Akreditācijas sfēra:
reglamentētajā sfērā: alfa, beta, gamma un rentgenstarojuma dozimetru, radiometru kalibrēšana, termometru kalibrēšana
nereglamentētajā sfērā: termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana, rentgenstarojuma mēriņzēkļu kalibrēšana

Accreditation scope:

mandatory scope: calibration of alpha, beta, gamma, X-ray radiation dosimeters, radiometers, calibration of thermometers, voltmeters, calibrator of thermometers, barometers, barographs, hygrometers, hygrographs, humidity sensors, anemometers, calibration of X-ray radiation measuring instruments

Registrācijas Nr. LATAK-K-105-37-97
Registration No. LATAK-K-105-37-97

Vadosais vertētājs
Lead Assessor

| Nr. | Mērielsums/ (Measured quantity/ measurement instrument) | Diapazons/ Range | Kalibrēšanas un mērišanas spēja izteikta kā paplašinātā nenooteiktība pie $k=2$ /Calibration capability expressed as an expanded uncertainty at $k = 2$ | Nosacījumi/ Conditions | Piezīmes (metode)/ Notes (method) | Regl./ Regl. | |
|-----|---|---------------------|---|---|--|--|---|
| | | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atmosfēras spiediens/ barometri, barogrāfi (Atmospheric pressure/ barometers, barographs) | (800 ÷ 1060) hPa | ± 0.15 hPa | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20)%RM Spiediena izmaiņas ātrums barokamerā ≤27 hPa/min. | (Air temperature (22 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20)%RH Rate of change of pressure in altitude chamber ≤27 hPa/min) | Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 693 "Noteikumi par mērišanas līdzekļu kalibrēšanu" (Regulations of the Cabinet of Ministers No. 693 of August 25, 2008 on the measuring instruments calibration) | 1 |
| 3 | Gaisa relatīvais mitrums/ higrometri, higrogrāfi (Relative humidity of air / hygrometers, hygographs) | (15 ÷ 97) %RM | ± (2.0 ÷ 2.8) %RM | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM Atmosfēras spiediens (800 ÷ 1060) hPa | (Air temperature (22 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20) %RH Atmospheric pressure (800 ÷ 1060) hPa) | K-105 - H:2018 "Higrometru un higrogrāfu kalibrēšana" (K-105 - H:2018 "Calibration of hygrometers and hygographs") | |
| 4 | Gaisa relatīvais mitrums/ digitālie higrometri, mitruma devēji | (11 ÷ 98) %RM | ± (1.2 ÷ 2.0) %RM | Gaisa temperatūra (25 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20)%RM | K-105 - HM:2018 "Mitruma devēju un higrometri kalibrēšana virs piesātinātiem sāļu šķidumiem" | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|----------------|---------------------|--|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | (Relative humidity of air/ digital hygrometers, humidity sensors) | | | (Air temperature (25 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | (K-105 - HM:2018 "Calibration of humidity sensors and hygrometers over saturated salt solutions") | |
| 5 | Temperatūra/ termometri (Temperature / thermometers) | (0 ÷ 40) °C | ± (0.15 ÷ 0.28) °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TM:2018 "Gaisa temperatūras mērišanas instrumentu kalibrēšana" (K-105 - TM:2018 "Calibration of air temperature measurement instruments") | |
| 6 | Šķidrumā iegremdējami termometri un temperatūras devēji (Temperature / non- submersible thermometers and temperature sensors) | (-20 ÷ 90) °C | ± (0.05 ÷ 0.27) °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TN:2018 "Neigremdējamu termometru kalibrēšana ūdens- vižļu kušanas temperatūrās" (K-105 - TN:2018 "Calibration of submersible thermometers at solution and ice-sludge melting temperatures") | |
| 7 | Temperatūra/ šķidrumā iegremdējami termometri un temperatūras devēji (Temperature / submersible thermometers and temperature sensors) | (-20 ÷ 90) °C | ± (0.05 ÷ 0.23) °C | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - TL:2018 "Šķidrumā iegremdējamu termometru kalibrēšana ūdens- vižļu kušanas temperatūrās" (K-105 - TL:2018 "Calibration of liquid immersion thermometers at solution and ice- sludge melting temperatures") | 1 |
| 8 | Gaisa plūsmas ātrums / spārnīju un kausīnu anemometri, digitālie anemometri (Air flow velocity / wave and cup anemometers, digital anemometers) | (0.4 ÷ 30) m/s | ± (0.26 ÷ 1.06) m/s | Gaisa temperatūra (22 ± 7) °C. Gaisa relatīvais mitrums (50 ± 20) %RM (Air temperature (22 ± 7) °C. Relative humidity of air (50 ± 20) %RH) | K-105 - V:2018 "Anemometru kalibrēšana" (K-105 - V:2018 "Calibration of anemometers") | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|----|--|--|---|--|---|---|
| 9 | Gaisa kermas jauda K_{air} (137Cs)/ Gamma starojuma dozimetri, radiometri (Air Kerma rate K_{air} (137Cs)/ Gamma radiation dosimeters, radiometers) | 0.0471 $\mu\text{Gy/h}$ 0.528 $\mu\text{Gy/h}$ – 17.2 $\mu\text{Gy/h}$ – 22.56 $\mu\text{Gy/h}$ – 1637 $\mu\text{Gy/h}$ – 1368 $\mu\text{Gy/h}$ – 34230 $\mu\text{Gy/h}$ | 8.0% 3.0% 1.6% 1.5% | Gaisa temperatūra: (20 ± 2) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | KM-SSDL.01:2016 "Gamma starojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (Individuālās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H_p(10)$, un apkārtējās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H^*(10)$, saskaņā ar ISO 4037) | 1 |
| 10 | Gaisa kermas jauda K_{air} (RQR3, RQR5, RQR9)/ Rentgenstarojuma dozimetri, radiometri, mēriņzekļi (Air Kerma rate K_{air} (RQR3, RQR5, RQR9)/ X-ray dosimeters, radiometers, instruments) | 3.1 $\mu\text{Gy/s}$ – 43 mGy/s (3.6 ÷ 3.5)% | Gaisa temperatūra: (20 ± 2) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | (Ambient temperature (20 ± 2) °C, Relative humidity up to 75%RH, Atmospheric pressure (860 ÷ 1060) hPa) | KM-SSDL.02:2016 "Rentgenstarojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.02:2016 "Calibration of X-ray dosimeters and radiometers") | 1 |
| 11 | Gaisa kermas jauda K_{air} ("Narrow spectrum series" N40 - N200) / Rentgenstarojuma dozimetri, radiometri (Air Kerma rate K_{air} ("Narrow spectrum series" N40 - N200)/ X-ray dosimeters, radiometers) | 40 $\mu\text{Gy/h}$ – 260 mGy/h (3.3 ÷ 2.5)% | Gaisa temperatūra: (20 ± 2) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | KM-SSDL.02:2016 "Rentgenstarojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (Individuālās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H_p(10)$, un apkārtējās dozas jaudas un dozas ekvivalenti $H^*(10)$, saskaņā ar ISO 4037) | KM-SSDL.02:2016 "Calibration of X-ray dosimeters and radiometers" Individual dose rate and dose equivalent H_p (10), and ambient dose rate and dose equivalent of H^* (10), according to ISO 4037)) | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|----|---|--|------------------------------|---|---|---|
| 12 | Augstsprēgums (RQR3, RQR5, RQR9) / Rentgenstarojuma mēriņdzekļi (High voltage (RQR3, RQR5, RQR9) / X-ray radiation measuring instruments) | 50 kV – 120 kV | (2.5 ÷ 2.4)% | Gaisa temperatūra: (20 ± 2) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | KM-SSDL.02:2016 "Rentgenstarojuma dozimetru un radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.02:2016 "Calibration of X-ray dosimeters and radiometers") | |
| 13 | Alfa daļiņu emisija 2π leņķi un aktivitāte (241Am) / Alfa starojuma dozimetri, radiometri (Alpha particles emission in 2π angle and activity (241Am)/ alpha radiation dosimeters, radiometers) | 551 - 1511 α dal./2π*s 1167 - 3035 Bq | (3.5 ÷ 3.4)% (3.6 ÷ 3.2)% | Gaisa temperatūra: (20 ± 4) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | KM-SSDL.03:2016 "Alfa un beta radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.03:2016 "Calibration of alpha and beta radiometers") | 1 |
| 14 | Beta daļiņu emisija 2π leņķi un aktivitāte (14C, 137Cs, 90Sr) / Beta starojuma dozimetri, radiometri (Beta particles emission in 2π angle and activity (14C, 137Cs, 90Sr)/ beta radiation dosimeters, | 340 - 2468 β dal./2π*s 661 - 2727 Bq | (8.9 ÷ 5.7)% (7.1 ÷ 5.5)% | Gaisa temperatūra: (20 ± 4) °C Gaisa relatīvais mitrums: līdz 75% Atmosfēras spiediens: (860 ÷ 1060) hPa | KM-SSDL.03:2016 "Alfa un beta radiometru kalibrēšana" (KM-SSDL.03:2016 "Calibration of alpha and beta radiometers") | 1 |

